

Số: 1067/YCBG-TTYT

Điện Biên, ngày 6 tháng 9 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Điện Biên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy đo chức năng hô hấp cho đơn vị theo quy định với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Điện Biên.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông: Vũ Khánh Hòa
 - Chức vụ: Viên chức - Khoa Dược - TTBVTYT.
 - Số điện thoại: 0975.632.682
 - Gmail: kshoatbytdienbien@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - TTBVTYT Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
 - Nhận qua email: ttythuyendienbien2020@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 07 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h00 phút ngày 17 tháng 9 năm 2023
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 07 tháng 9 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.



Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về vận chuyển	Bảo quản thiết bị y tế	Lắp đặt	Cung cấp
Trung tâm Y tế huyện Điện Biên	Vận chuyển thiết bị phải đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định.	Thiết bị phải được bảo quản trong thùng, tránh bị va đập gây hỏng, bị trầy xước hoặc bị thấm nước	Bàn giao lắp đặt tại bộ phận sử dụng thuộc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên	Cung cấp thiết bị đúng theo hợp đồng được ký kết

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 9 -10 năm 2023.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không

5. Các thông tin khác: Không

Kính đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam quan tâm gửi hồ sơ báo giá về Trung tâm Y tế huyện Điện Biên theo địa chỉ trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Cổng TTĐT- BVĐKT
- Lưu VT, Dược;

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Tân

PHỤ LỤC

(Kèm theo Văn bản số 1067/YCBBG-TTYT ngày 6 tháng 9 năm 2023
của TTYT huyện Điện Biên)

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Máy đo chức năng hô hấp	Cấu hình: - Máy chính: 01 máy - Đầu đo: 01 cái - Máy in nhiệt: 01 bộ - Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Dây nối đất: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Bộ máy tính: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Năm sản xuất: 2022-2023 Đặc tính: - Tầm đo thể tích: 0.05 - 16L - Phạm vi liều lượng khí: 0-10L - Thông số phân tích: Thực hiện phép đo FVC, VC, MW và MV - Độ chính xác: 5% - Màn hình hiển thị: Cảm ứng LCD màu ≥ 10.1 - Nguồn: Pin có thể sạc hoặc dùng nguồn trực tiếp nguồn AC220V 50Hz	01	Bộ

